

Zamawiający:

Tarnobrzесьkie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 43.912.000,00 zł
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24
Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Tarnobrzесьkie Wodociągi Sp. z o.o (zamawiający) w związku z pytaniami Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych (nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KZM-31-12) dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1 poz.34:

Prosimy o określenie zakresu dla odczynników do zestawu kolorymetrycznego VISOCOLOR ECO.

Odpowiedź:

Zakres 0.1 – 2.0 mg/l Cl₂

Pytanie 2 poz.55:

Prosimy o podanie nazwy preferowanego producenta, ponieważ firma GUM/OUM nie posiada w ofercie wzorca analitycznego: jodan potasu.

Odpowiedź:

Wiemy, że jest z tym problem dlatego poszukujemy na na rynku. Kupujemy z POCH odczynnik czda

Pytanie 3 poz. 57:

Czy Zamawiający ma na myśli ilość 3x200ml. Firma OUM oferuje wzorce mętności tylko w opakowaniach o poj. 200ml. Prosimy również o określenie wartości NTU zmętnienia.

Odpowiedź:

Tak. Wartość wzorca 500 NTU

Pytanie 4 poz. 68:

Czy Zamawiający ma na myśli ilość 3x200ml. Firma OUM oferuje wzorce mętności tylko w opakowaniach o poj. 200ml.

Odpowiedź:

Tak. Wartość wzorca 500 NTU

Pytanie 5 poz. 82:

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju testów. Czy Zamawiający ma na myśli testy A1/B1 czy C1/C2?

Odpowiedź:

C1/C2

Pytanie 6 poz.86:

Czy Zamawiający ma na myśli SEPTYL - R?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 7 poz.94:

Prosimy o sprecyzowanie typu czujnika temperatury: STPT-100 czy STPT-1000?

Odpowiedź:

PT-1000B

Pytanie 8 poz. 203:

Prosimy o podanie wielkości opakowania i numeru katalogowego, ponieważ firma Sigma-Aldrich oferuje kilkanaście pozycji o nr cas 9004346.

Odpowiedź:

Najmniejsze opakowania

Pytanie 9 poz. 215:

Czy Zamawiający ma na myśli 1L roztworu mianowanego sodu chlorku 0,1mol/l czy 10x1amp FIX?

Odpowiedź:

Chodzi o zamówienie 1 szt fixanalę sodu chlorku 0,1mol/l.

Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będzie stanowił jej integralną część.

Tarnobrzeg, dn: 14 grudnia 2012 roku

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

.....
(podpis Kierownika zamawiającego)