



TZM / 7599 / 18

Tarnobrzeg, dnia 27 listopada 2018 roku

Zamawiający:

Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252
Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24
Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Wyjaśnienie treści SIWZ

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, pn. "Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Wody i Ścieków" (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-13-18) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 listopada 2018 roku pod nr 651707-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):

Część 7:

1. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na regulację temperatury co 1°C ?*

Zamawiający wyraża zgodę na regulację temperatury co 1°C.

2. *Czy wymienione wyposażenie dodatkowe powinno być dostarczone wraz z suszarką? Urządzenie nie może być jednocześnie wyposażone w zabezpieczenie 2.0 i 3.1. ?*

Zamawiający informuje, że wyposażenie dodatkowe musi być dostarczone wraz z suszarką. Urządzenie musi być wyposażone w zabezpieczenie temperaturowe klasy 3 zgodnie z DIN 12880.

3. *Czy dopuszcza się wyposażenie suszarki jedynie w port USB ?*

Zamawiający informuje, że suszarka winna być wyposażona w interfejs RS 232 i port USB.

4. *Czy dopuszcza się suszarkę z jednym programem do ustawienia ?*

Zamawiający nie dopuszcza suszarki z jednym programem do suszenia. Suszarka musi posiadać możliwość zaprogramowania minimum 3 programów suszenia.

Uwaga: Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zadane pytania dotyczą suszarki, która została opisana w Części 17 a nie jak to wskazano w zapytaniu. Część 7 dotyczy dostawy wytrząsarki typu Vortex.

Część 8:

1. *Czy Zamawiający dopuszcza cieplarkę z półkami drucianymi zamiast perforowanych ?*

Zamawiający nie dopuszcza cieplarki z półkami drucianymi.

2. *Czy Zamawiający dopuszcza cieplarkę bez otworu inspekcyjnego ?*

Zamawiający wymaga aby cieplarka posiadała otwór inspekcyjny, ponieważ daje on możliwość zamieszczenia czujnika temperatury i tym samym umożliwia kontrolę temperatury wewnątrz urządzenia.

3. *Prosimy o informację czy wzorcowanie wymagane jest z laboratorium akredytowanego czy bez akredytacji ?*

Zamawiający posiada certyfikat akredytacji zgodny z normą 17025. Wzorcowanie musi być wykonane tylko przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

4. *Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez wzorcowanie w pełnym zakresie ?*

Zamawiający wyjaśnia, że wzorcowanie w pełnym zakresie obejmuje wykonanie rozkładu temperatur w komorze cieplarki w 9-ciu punktach w jednej temperaturze uzgodnionej z Zamawiającym.

Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)