



TZM / 7695 / 18

Tarnobrzeg, dnia 30 listopada 2018 roku

Zamawiający:

Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252
Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24
Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Wyjaśnienie treści SIWZ

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, pn. "Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Wody i Ścieków" (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-13-18) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 listopada 2018 roku pod nr 651707-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):

Zadanie 11 – Łaźnia wodna sześciomiejscowa

1. *Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną sześciomiejscową posiadającą zakres pracy temperatury od $+5^{\circ}\text{C}$ powyżej temperatury otoczenia do $+105^{\circ}\text{C}$? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.*

Zamawiający dopuszcza łaźnię wodną sześciomiejscową posiadającą zakres temperatury od $+5^{\circ}\text{C}$ do 105°C .

2. *Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną sześciomiejscową o wymiarach zewnętrznych (szer. X dł. X głęb.) mm 328 x 710 x 200 ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.*

Zamawiający nie dopuszcza łaźni wodnej sześciomiejscowej o wymiarach zewnętrznych 328 x 710 x 200 mm z uwagi na to, że nie zmieści się ona pod dygestorium.

Zadanie 8 – Ciepłarka – szafa termostatyczna wraz z wzorcowaniem w pełnym zakresie

1. *Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę laboratoryjną posiadającą jednorodność temperatury przy 37°C [\pm K] wynoszącą $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.*

Zamawiający dopuszcza ciepłarkę laboratoryjną posiadającą jednorodność temperatury przy 37°C [\pm K] wynoszącą $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$.

Zadanie 17 – Suszarka laboratoryjne

1. *Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych (S x G x W) mm wynoszących 835 x 645 x 705 mm ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.*

Zamawiający dopuszcza suszarkę laboratoryjną o wymiarach zewnętrznych wynoszących 835 x 645 x 705 mm.

2. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną posiadającą czas osiągnięcia temperatury 150°C w ciągu maksymalnie 30 min, ale bez określenia czasu nagrzewania do temperatury 250°C ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Zamawiający dopuszcza suszarkę laboratoryjną posiadającą czas osiągnięcia temperatury 150°C w ciągu maksymalnie 30 min., bez określenia czasu nagrzewania do temperatury 250°C.

3. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną posiadającą możliwość podłączenia urządzenia do komputera za pomocą RS422 i dołączonym kablem RS422, ale nie posiadającą interfejsu RS232 oraz USB ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie

Zamawiający wymaga aby suszarka laboratoryjna posiadała możliwość podłączenia urządzenia do komputera poprzez interfejs RS232 oraz USB.

4. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną posiadającą 2 nastawialne programy ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza suszarki laboratoryjnej posiadającej dwa nastawialne programy. Urządzenie wymagane przez Zamawiającego musi zapewniać min. 3 programy suszenia.

5. Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną posiadającą regulację temperatury co 1,0°C. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie

Zgodnie z udzielonym wyjaśnieniem w pkt. 1 odpowiedzi na pytania do treści SIWZ nr 1 z dnia 27.11.2018 r. dotyczącym suszarki Zamawiający dopuścił suszarkę laboratoryjną posiadającą regulację temperatury co 1°C.

Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)