



TZM / 7754 / 18

Tarnobrzeg, dnia 3 grudnia 2018 roku

Zamawiający:

Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252
Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24
Adres e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Wyjaśnienie treści SIWZ

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, pn. "Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Wody i Ścieków" (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-13-18) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 listopada 2018 roku pod nr 651707-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):

1. Czy dopuszczona zostanie komora laminarna z uszczelkami silikonowymi jedynie na bocznych krawędziach szyby frontowej. Jest to wystarczające rozwiązanie zapewniające szczelne zamknięcie komory

Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z uszczelkami silikonowymi jedynie na bocznych krawędziach szyby frontowej pod warunkiem, że będzie zapewnione szczelne zamknięcie komory, zapewnione bezpieczeństwo mikrobiologiczne, (możliwość dekontaminacji i odgrzybiania komory.

2. UWAGA: Biorąc pod uwagę fakt, iż komora służy do zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego użytkownikowi, proszę o potwierdzenie, czy zgodnie z ostatnimi wyjaśnieniami wystarczająca będzie jedynie pisemna w deklaracja producenta na zgodność z normą EN 12469 czy jednak wymagany będzie certyfikat zgodności z normą EN 12469 Wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną

Zamawiający dokonuje sprostowania do udzielonej wcześniej odpowiedzi (wyjaśnienie nr TZM/7665/18 z dnia 29.11.2018 r., pkt 3) na zadane pytanie o treści „ Czy zamawiający dopuści deklarację producenta na zgodność z normą EN 12469 zamiast certyfikatu ?.”

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył deklarację producenta i certyfikat zgodności z normą EN 12469 wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostanie przekazana niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)