



TZM / 7757 / 18

Tarnobrzeg, dnia 3 grudnia 2018 roku

Zamawiający:

Tarnobrzegskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG  
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 50818000,00 zł  
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252  
Telefon / fax: (15) 823-22-95 / (15) 823-31-24  
Adres e-mail: [biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl](mailto:biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl)

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, pn. "Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Wody i Ścieków" (Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TZM-13-18) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 listopada 2018 roku pod nr 651707-N-2018.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1 Zamawiający dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść informacji (pytania):

Proszę o weryfikację i dopuszczenie następujących parametrów urządzeń celem złożenia oferty na w/w postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści:

1. Zamrażarki niskotemperaturowej o parametrach technicznych i eksploatacyjnych **model MUF 40**
  - zakres temperatury -85/-40 C -80/-60 st.C;
  - niski poziom hałasu podczas pracy urządzenia < 45 dBa;
  - Pojemność 30l +- 5% 35 l;
  - Wyposażona w nóżki i kółka nóżki;
  - Bateryjne podtrzymanie pracy sterownika i rejestratora tak, przez 48 h, dźwiękowy;
  - Wyposażona w alarmy akustyczne i optyczne : przekroczenia górnej i dolnej temperatury pracy tak, awarii układu chłodzenia nie, awarii czujnika tak, braku zasilania tak, otwartych drzwi nie.

**Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące parametrów technicznych i eksploatacyjnych dla zamrażarki niskotemperaturowej zostały określone w Części nr 1 pkt 32 SIWZ.**

2. Ciepłarka- szafa termostatyczna **model ILP 53 STD**

- Pojemność wnętrza 50-60 l 56 ;
- Wymiary zewnętrzne 660x 630x 635 cm szer. 600 x wys. 710 x gł. 660 [mm];
- Zakres regulacji temperatury +4- 100C co 0,1 C zakres temperatury od 0°C do +70°C (max 20°C poniżej temp. otoczenia).

**Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące parametrów technicznych i eksploatacyjnych dla ciepłarki – szafy termostatycznej zostały określone w Części nr 8 pkt 32 SIWZ.**

### 3. Suszarka -: model **SLW 115 STD**

Kanał wylotowy o śr. 50 mm z suwakiem  $f_i = 40$  mm, zamykanie sterowane z programu. Ilość prowadnic na półki min 4 możliwość umieszczenia maks. 7 półek (półki dostarczane są z kompletem prowadnic).

**Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące parametrów technicznych i eksploatacyjnych dla suszarki laboratoryjnej zostały określone w Części nr 17 pkt 32 SIWZ.**

Treść zapytań razem z wyjaśnieniami zostanie przekazana niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)