



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Znak: FZ/0105/25

Tarnobrzeg, 10.01.2025 roku

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

<http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

Dotyczy: Zamówienie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w stosunku do którego nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. Zatwierdzony: Uchwałą nr 23/2016 Spółki Tar-Wod Sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2016 roku opublikowaną na stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagi.tarnobrzeg.pl określającą zasady i tryb wyboru Wykonawców na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego.

Postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> w dniu 20.12.2024 roku. Numer referencyjny: **ZO-25-24**

Wyjaśnienie nr 4

treści SWZ

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie jakie produkty wchodzi w komplet VISOCOLOR ECO

- pozycja 36 z formularza ofertowego.

Poniżej przesyłam link producenta z produktami oznaczonymi jako Viscolor Eco.

<https://www.mn-net.com/de/wasseranalytik/visuelle-testbestecke/visicolor-eco/?p=5>

Odpowiedź:

poz. 36 Numer ref. 931215



Pytanie 2:

Piszę z pytaniem do pozycji 51-52.

W formularzu ofertowym pomyłką została pojemność, ponieważ produkt z pozycji 51 występuje w opakowaniach po 1000ml, a produkt z pozycji 52 występuje w opakowaniach po 500ml.

Pozycja 51: <https://www.cpachem.com/shop/a/113853/jph043> - proszę o dopuszczenie 3 x 1000ml

Pozycja 52: <https://www.cpachem.com/shop/a/118845/z15241107> - proszę o dopuszczenie 2 x 500ml

Odpowiedź:

poz. 51 Dopuszczamy op. po 1000 ml

poz. 52 Dopuszczamy op. po 500 ml

Pytanie 3:

Pytanie do pozycji 146:

Proszę o wyjaśnienie zapisu. Czy wymagają Państwo dostawy urządzenia CX-502 oraz CP-505 po 2 sztuki?

Zapis nie jest jasny.

Odpowiedź:

Poz. 146 Wymagamy dostawy czujnika temperaturowego do miernika wielofunkcyjnego CX-502-1 szt. oraz czujnika temperaturowego do pH-metru typ CP-505-1 szt. Zgodnie z opisem w specyfikacji.

Pytanie 4:

Proszę o wyjaśnienie opisu pozycji nr 154: Filtr ochronny do pompy próżniowej Vaccum Line Proterctor Firmy MILIPORE średnica 50 µl 1 µm

Powinno być 50mm zamiast 50 µl.

Przesyłam link do produktu. Proszę o potwierdzenie.

https://www.merckmillipore.com/DE/de/product/Millex-FA-Syringe-Filter-Unit-1.0m-hydrophobic-PTFE-50mm-HB-HB,MM_NF-SLFA05010?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Odpowiedź:

poz. nr 154 Wymagamy: Filtr ochronny do pompy próżniowej Vaccum Line Proterctor Firmy MILIPORE średnica 50 mm, 1µl nr kat. SLFA05010

Pytanie 5:

Pytanie do pozycji 155: czy dopuszczają Państwo dwa opakowania po 50 sztuk.

Podane w opisie zamówienia filtry pakowane są po 50 sztuk, nie po 100 sztuk.

Link do produktu:

https://www.merckmillipore.com/DE/de/product/Millex-HA-Filter-Unit-Sterile,MM_NF-SLHA033SS

Odpowiedź:

Poz. 155 Dopuszczamy opakowania po 50 sztuk

Pytanie 6:

Pytanie do pozycji 157: Proszę o podanie informacji w jakich punktach ma być wykonane wzorcowanie pipety.

Odpowiedź:

Wzorcowanie pipet w trzech punktach 1ml; 2,5ml; 5ml

Treści pytań razem z wyjaśnieniami zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Nadto informujemy, iż powyższe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią treść SWZ.

WICEPREZES ZARZĄDU

Jacek Masłanka

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Polek

Otrzymują:

1 x <http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

1 x FZ a/a.