



TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

centrala: tel. 15 823 22 95, 15 823 22 03

sekretariat: tel. 15 823 22 26

e-mail: biuro@wodociagi.tarnobrzeg.pl

www.wodociagi.tarnobrzeg.pl

Tarnobrzeg, 07.01.2026 roku

Znak: FZ/0062/26

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**
<http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl>

**Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników
chemicznych, sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego.**

Postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<http://bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl> w dniu 29.12.2025 roku. Numer referencyjny: ZO-18-25

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dotyczy poz.82

Odczynnik został wycofany z oferty firmy Avantor. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie odczynnika firmy Eurochem lub Chempur? W załączeniu przesyłam przykładowe certyfikaty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ofertę odczynnika firmy Eurochem.

Pytanie 2:

Dotyczy poz.77

Czy Zamawiający wymaga wzorca kwasu salicylowego w konkretnym rozpuszczalniku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kwas salicylowy rozpuszczalny w alkoholu (etanol). Może być też substancja stała - 100 mg CRM firmy spełniającej wymagania normy ISO 17034

Treści pytań razem z wyjaśnieniami zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Nadto informujemy, iż powyższe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i stanowią treść Zapytania ofertowego.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Waldemar Polek